

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 1781 del 27/06/2025

Disagi minimi per i pazienti, riprogrammati gli esami non eseguiti

Ospedale di Rovereto: risonanza magnetica ferma per un guasto

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 giugno, si è verificato un fermo di entrambe le apparecchiature di risonanza magnetica (Rmn) dell'ospedale di Rovereto a causa di un problema all'impianto idraulico che porta l'acqua di raffreddamento ai macchinari. È stato immediatamente attivato l'intervento tecnico per procedere rapidamente alla riparazione e avviato il protocollo per la gestione di questa tipologia di fermo. Oggi, già dalla mattina, una delle due risonanze ha potuto effettuare gli esami diagnostici e, nel pomeriggio, dopo il ripristino totale dell'impianto idraulico, anche la seconda Rm ha ripreso l'attività regolarmente. A causa del guasto nel pomeriggio di ieri non è stato possibile eseguire con le due risonanze magnetiche gli esami previsti che sono stati riprogrammati per la prossima settimana.

(rc)